

Số: /YCBG-BVPS

Tiền Giang, ngày tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán thuê dịch vụ bảo trì máy xét nghiệm huyết học năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Ngọc Thái;

- Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Số điện thoại: 0916212348

- Địa chỉ Email: tranngocthai999@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

a) Nhận trực tiếp hoặc gửi thư đến Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản, địa chỉ số 4A đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: tranngocthai999@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 08 tháng 10 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Cung cấp dịch vụ bảo trì Máy phân tích huyết học Sysmex

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì Máy phân tích huyết học tự động Sysmex - Model: XN-550	a. Cung cấp 02 lần	01	Máy

	- Seri: 11404	<p>bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cho mỗi máy trong thời gian hợp đồng.</p> <p>b. Cung cấp không giới hạn số lần sửa chữa tận nơi và tư vấn kỹ thuật qua điện thoại vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08:00 giờ đến 17:00 giờ, ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng này.</p> <p>c. Thực hiện kiểm tra và hiệu chỉnh để đảm bảo tình trạng của máy hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật theo như mô tả trong tài liệu kỹ thuật của Sysmex.</p> <p>d. Thực hiện việc kiểm tra tình trạng của thiết bị đối với các hư hỏng, ăn mòn và tiêu hao. Báo cáo chi tiết cho Khách hàng danh mục các linh kiện hao mòn cần thay thế và các vấn đề liên quan</p>		
2	<p>Bảo trì Máy phân tích huyết học tự động Sysmex</p> <p>- Model: XN-330</p> <p>- Seri: 12348</p>		01	Máy

		đến tình trạng máy sau mỗi lần bảo trì.		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ bảo trì trang thiết bị y tế: Tại khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: 01 (một) năm từ ngày ký hợp đồng

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

6. Các thông tin khác: Địa chỉ Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đăng tải Yêu cầu báo giá: <https://bvphusantiengiang.vn/>.

Nơi nhận:

- Phổ biến rộng rãi;
- Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC