

Số: /YCBG-BVPS

Tiền Giang, ngày tháng 5 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm Mua Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Anh Khoa;

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược;

- Số điện thoại: 0917376188

- Địa chỉ Email: [khoaduocbvpstg@gmail.com](mailto:khoaduocbvpstg@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

a) Nhận trực tiếp tại Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ số 4A đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: [khoaduocbvpstg@gmail.com](mailto:khoaduocbvpstg@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ ngày 03 tháng 5 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2024 (Thứ ba). Các báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa yêu cầu báo giá

| Stt | Danh mục            | Đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản  | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|---------------------|---|-------------|----------|
| 01  | Khí sử dụng cho máy | Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương PlasmaMED<br>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485<br>* Thành phần: | Bình        | 50       |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| phát tia Plasma lạnh | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995%</li> <li>- H<sub>2</sub>O &lt; 3 ppm; N<sub>2</sub> &lt; 5 ppm; Oxygen &lt; 2ppm</li> <li><b>* Bình chứa:</b></li> <li>- Bình hợp kim nhôm dung tích 8l</li> <li>- Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm)</li> <li>- Kích thước bao gồm nắp chụp: 159 x 8 x 730 (mm)</li> <li>- Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar</li> <li>- Áp suất khí nén khi đầy: 130bar</li> <li>- Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít</li> <li><b>* Chuẩn kết nối:</b></li> <li>- Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm</li> <li>- Giao diện nối điện tử: HDMI</li> <li><i>* Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm.</i></li> </ul> |  |  |
|----------------------|---|--|--|

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang (dự kiến hoàn thành trong 12 tháng). Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nhà thầu phải cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến địa điểm cung cấp.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác:

a) **Báo giá đạt yêu cầu** khi báo đủ chủng loại, số lượng và đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Báo giá phải là giá trọn gói, bao gồm Chi phí vận chuyển, lắp ráp, hoàn thiện,... và thuế các loại.

b) Yêu cầu báo giá này được đăng tải trên Website của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Khoản 5;
- Phổ biến rộng rãi;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**